

Alcance de la Acreditación

Diseño y Supervisión, Control de Calidad, Sociedad Anónima de Capital Variable (DYSCONC, S.A. de C.V.)

N° de Registro:	LEA- 03:23
Responsable:	Ing. Moisés Abraham Garcia
Correo electrónico:	calidad@dysconcsa.net , dysconcsadecv@gmail.com
Teléfonos:	2301-7223
Sitio web:	www.dysconcsa.net
Dirección:	Lote 16 Polígono U, Lotificación Brisas de San Andrés, Cantón Agua Escondida, San Juan Opico, Departamento de La Libertad.
Ámbito de la acreditación:	Ensayos físicos en suelo
Vigencia de la acreditación:	Del 22 de junio de 2023 al 21 de junio de 2027. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración.
Estado de la Acreditación:	Vigente

No	Producto/Material a ensayar	Componente/ parámetro / característica ensayada	Metodología de Ensayo	Método de referencia	Ámbito de trabajo	Ubicación
1	Suelos	Humedad	Método Estándar para la Determinación de contenido de humedad en suelos y rocas, por masas.	ASTM D2216-19	0% a 100%	Instalaciones Fijas
2	Suelos	Granulometría	Método Estándar para la Determinación de la distribución de tamaño de partícula (granulometría) por análisis de tamizado	ASTM D6913/ D6913M-17	0 – 100%; ≥ 0.075mm a ≤ 75mm	Instalaciones Fijas

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
No aplica	No aplica

Fin del documento