Alcance de la Acreditación

SOIL TESTER DEALER S.A de C.V.

N° de Registro:	**LEA-12:19**
Responsable:	**Ing. Wilfredo Alexander Henríquez Canales**
Correo electrónico:	**soiltesterdealer@gmail.com**
Teléfonos:	(+503) 26944379
Sitio web:	www.soiltesterdealersadecv.com.sv
Dirección:	**Col. Jucuapa No. 1, Calle San Juan, Pol 5, Casa #10, San Miguel.**
Ámbito de la acreditación:	**Análisis en Concreto Hidráulico**
Vigencia de la acreditación:	**Del 21 de marzo de 2024 al 20 de marzo de 2028. Acreditación otorgada conforme a los requisitos de la Norma NTS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración**
Estado de la Acreditación:	**Vigente**

No.	Matriz/ Material a ensayar	Componente/ parámetro / característica ensayada	Metodología de Ensayo	Método de referencia	Ámbito de trabajo	Ubicación
1	Concreto	Resistencia a la compresión	Aplicación de fuerza	Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión de muestras cilíndricas de concreto ASTM C39/C39M – 2024	0-500 kg/cm^2	Instalaciones fijas
2	Concreto	Temperatura	Medición directa	Método de prueba estándar para temperatura del concreto de cemento hidráulico recién mezclado, ASTM C1064-2023	0-32 °C	Instalaciones fijas
3	Concreto	Asentamiento	Medición directa	Método de prueba estándar para asentamiento del concreto de cemento hidráulico, ASTM C143-2020	3 Pulgadas - 7 Pulgadas	Instalaciones fijas

ORGANISMO SALVADOREÑO DE ACREDITACIÓN

Control de actualizaciones en el alcance:

Modificación	Fecha de vigencia
Renovación del ciclo de acreditación	Del 21 de marzo de 2024 al 20 de marzo de 2028

Fin del documento

ORGANISMO SALVADOREÑO DE ACREDITACIÓN